

ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ IR MEDICINOS PRIEMONIŲ KOMPENSAVIMO KOMISIJA

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2025 m.

Nr.

Vilnius

Komisijos posėdis įvyko – 2025 m. liepos 10 d. 10 val. nuotoliniu būdu per Microsoft Teams programą.

Komisijos posėdžio pirmininkas – Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Medicinos kompensavimo skyriaus vedėjas Giedrius Baranauskas.

Komisijos posėdžio sekretorė – VLK Medicinos priemonių kompensavimo skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Aleksandrova.

Dalyvavo: Giedrius Baranauskas – VLK Medicinos priemonių kompensavimo skyriaus vedėjas, Artūras Šimkus – Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyriaus patarėjas, Rasa Rimkutė – VLK Teisės skyriaus patarėja, Neringa Lipskienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus vyresnioji patarėja, Goda Ščupokaitė – Lietuvos negalios organizacijų forumo projektų koordinatorė, Rūta Petrėtienė – VLK medicinos priemonių kompensavimo skyriaus patarėja (ekspertė).

DARBOTVARKĖ:

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2025 m. birželio 12 d. pavedimas Nr. 4K-3453 dėl klausos implantų atsarginių procesorių kompensavimo būdo keitimo.

1. SVARSTYTA. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2025 m. birželio 12 d. pavedimas Nr. 4K-3453 dėl klausos implantų atsarginių procesorių kompensavimo būdo keitimo.

Posėdžio metu R. Petrėtienė informavo, kad šiuo metu kochleariniai implantai, BAHA įsriegiamieji kauliniai implantai ir vidurinės ausies klausos sistemos (toliau – klausos implantai) ir atsarginiai šių medicinos pagalbos priemonių procesoriai yra įrašyti į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą 2.5 eilutę (patvirtintą SAM 2024-08-28 įsakymu Nr. V-910).

Ekspertė pažymėjo, kad siekiant pagerinti šių medicinos pagalbos priemonių kompensavimo sistemą, siūlo keisti klausos implantų atsarginių procesorių kompensavimo būdą įrašant į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų medicinos priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą (patvirtintą SAM 2012-07-05 įsakymu Nr. V-698) (toliau – Bazinių kainų sąrašas) bei pagal Ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos apraše (patvirtintame SAM 2006-03-31 įsakymu Nr. V-234) numatytą tvarką nustatant naują poklasį – klausos implantų atsarginių procesorių poklasį.

Ekspertė pabrėžė, kad siūlomas kompensavimo būdas būtų analogiškas šiuo metu taikomam klausos aparatų kompensavimui.

G. Baranauskas apibendrino, kad būtų pakeistas kompensavimo būdas – klausos implantų atsarginiai procesoriai būtų įtraukti į sąrašą kartu su kitomis ambulatoriškai naudojamomis medicinos priemonėmis. Visos skyrimo sąlygos liktų tokios pačios, kaip ir šiuo metu galiojančios. Komisijos pirmininkas teigia, kad tokia kompensavimo tvarka būtų tinkamesnė.

R. Rimkutė pasiteiravo, kada įsigaliojūt nauja kompensavimo tvarka.

Giedrius Baranauskas atsakė, kad nuo 2026 m. sausio 1 d. Jei bus priimtas teigiamas sprendimas, tvarkos keitimui ir teisės aktų pakeitimams laiko būtų pakankamai.

R. Rimkutė mano, kad priėmus naują kompensavimo tvarką, sąlygos pacientams nesuprastėtų, išliktų tos pačios.

Ekspertė atkreipė dėmesį, kad priimtas naujas kompensavimo būdas pagerintų sąlygas pacientams – tai supaprastintų ir pagreitintų klausos implantų atsarginių procesorių išdavimą pacientams.

N. Lipskienė pasiteiravo, ar priėmus teigiamą sprendimą, klausos implantų atsarginius procesorius pirktų ne VLK, o pačios gydymo įstaigos?

R. Petrėtienė atsakė, kad ne. Šiuo metu gydymo įstaigos neperka klausos implantų ir jų atsarginių procesorių, o yra sudarytos sutartys su tiekėjais. Jeigu paciento diagnozės atitinka nurodytas Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašę, pacientui išduodamas raštas ir jis gali kreiptis į įmonę dėl klausos implantų atsarginių procesorių kompensavimo. VLK apmoka įmonei paciento išduoto klausos implanto atsarginio procesoriaus kainą.

Komisija daugiau klausimų ir pastabų neturėjo.

Už šį sprendimą Komisijos nariai balsavo vienbalsiai atviru balsavimu.

Komisijos nariai vienbalsiai pritarė pakeisti klausos implantų atsarginių procesorių kompensavimo būdą, įrašant juos į Bazinių kainų sąrašą.

NUTARTA. Pritarti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos siūlymui pakeisti klausos implantų atsarginių procesorių kompensavimo būdo keitimai, įrašant juos į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamųjų medicinos priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą.

Komisijos pirmininkas

Giedrius Baranauskas

Komisijos sekretorė

Viktorija Aleksandrova