

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro
2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr.159
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymo
Nr. V-617 redakcija)

UAB SORIMPEKSAS

Įm. kodas: 135733248, Šiaulių g. 16A, Kaunas LT-44353, tel.: 8-37 361766, faks.: 8-37 324447,
sorimpeksas@takas.lt

Farmacijos departamentui prie LR SAM

**PARAIŠKA
ĮRAŠYTI MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĘ Į KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS
PRIEMONIŲ SĄRAŠĄ (C SĄRAŠĄ)**

2017-02-01 Nr.T1

Kaunas

Prašome įrašyti **Viengubo ir dvigubo spindžio tracheostominius vamzdelius** į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą.

Pareiškėjas: **UAB SORIMPEKSAS**
Adresas: **Šiaulių g. 16A, Kaunas LT-44353**
Telefonai: **8-37 361766, 8620 92960**
Faksas: **8-37 324447**
el. paštas: sorimpeksas@takas.lt; kristina@sorimpeksas.com

Medicinos pagalbos priemonės gamintojas: **Servona GmbH**

Medicinos pagalbos priemonės gamintojo atstovas Lietuvoje: **UAB SORIMPEKSAS**
Adresas: **Šiaulių g. 16A, Kaunas LT-44353**
Telefonai: **8-37 361766, 8620 92960**
Faksas: **8-37 324447**
el. paštas: sorimpeksas@takas.lt; kristina@sorimpeksas.com

1. Medicinos pagalbos priemonės pavadinimas: **vamzdeliai**

Viengubo ir dvigubo spindžio tracheostominiai

2. Medicinos pagalbos priemonės gamintojo ar jo atstovo deklaruota kaina: **Lentelė nr. 1**

3. Medicinos pagalbos priemonės pavadinimas, priemonės modelis ir tipas: **Lentelė nr. 1**

Lentelė nr.1

Eil. nr.	Pavadinimas	Dydžiai	Modelis	Kaina eur be PVM
1.	SERVOX Rota Tube	6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10	Viengubo spindžio be manžetės	35,00
2.	SERVOX Rota Tube <i>voice</i>	6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10	Viengubo spindžio be manžetės, perforuota	37,00
3.	SERVOX Rota Tube <i>cuff</i>	6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10	Viengubo spindžio su manžete	50,00
4.	SERVOX Rota Tube <i>cuff voice</i>	6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10	Viengubo spindžio su manžete, perforuota	53,00
5.	SERVOX Rota Tube <i>duo</i>	7, 8, 9, 10	Dvigubo spindžio be manžetės	50,00
6.	SERVOX Rota Tube <i>duo voice</i>	7, 8, 9, 10	Dvigubo spindžio be manžetės, perforuota	57,00
7.	SERVOX Rota Tube <i>duo cuff</i>	7, 8, 9, 10	Dvigubo spindžio su manžete	60,00
8.	SERVOX Rota Tube <i>duo cuff voice</i>	7, 8, 9, 10	Dvigubo spindžio su manžete, perforuota	65,00
9.	SERVOX Elasto Tube <i>standard</i>	07, 08, 09, 10, 11, 12	Dvigubo spindžio be manžetės	170,00
10.	SERVOX Elasto Tube <i>voice</i>	07, 08, 09, 10, 11, 12	Dvigubo spindžio be manžetės, perforuota	215,00

4. Indikacijos (nurodyti Ligos kodą): **536 (tracheostomija), Z93.0**

5. Kokias indikacijas rekomenduoja medicinos pagalbos priemonės gamintojas:

SERVOX tracheostominius vamzdelius galima naudoti spontaniškai kvėpuojantiems pacientams bei ventiluojamiems pacientams po tracheostomijos.

6. Medicinos pagalbos priemonės veikimo principas (jei galima):

SERVOX tracheostominiai vamzdeliai yra įvedami į chirurgiškai suformuotą tracheostomą ir garantuoja, kad tracheostoma išliks atvira ir stabili.

7. Naudojimo būdas ir trukmė (pagal siūlomas indikacijas):

Keitimo dažnį apsprendžia gydytojas atsižvelgdamas į paciento medicininę būklę. Gamintojas nurodo ne trumpesnį nei 29 dienų ir ne ilgesnį, nei 6 mėn. terminą.

8. Medicinos pagalbos priemonės ar gydymo būdai, kuriais galima pakeisti siūlomą medicinos pagalbos priemonę: **Nėra, jei suformuota tracheostoma**

9. Statistiniai duomenys apie sveikatos sutrikimus, kuriems gydyti siūloma kompensuojamoji medicinos pagalbos priemonė. Jų paplitimas ir pasiskirstymas pagal gyventojų amžių, pajamas, nurodant statistinės informacijos šaltinį: **Duomenų neturime**

10. Siūlomos medicinos pagalbos priemonės privalumai ir trūkumai, palyginti su panašaus poveikio priemonėmis: **Lentelė Nr. 2**

Lentelė nr.2

Eil. nr.	Pavadinimas	Privalumai	Trūkumai
1.	SERVOX Rota Tube	<p>Jungtis yra labai lanksti, todėl gerai neutralizuoja tempimą ir neleidžia liestis kaniulės apatinei daliai prie audinių, kas galėtų sukelti nuospaudas. Šilumai jautri medžiaga adaptuojasi prie anatomijos, kas taip pat padeda išvengti nuospaudų. Pusiniai dydžiai leidžia pritaikyti vamzdelį nestandartinei anatomijai. Standartinė 15 mm jungtis leidžia patogiai prijungti priedus, kaip kalbos vožtuvus ar dirbtinę nosį.</p>	<p>Jei yra žinoma apie alergiją PVC, SERVOX Rota Tube negalima naudoti. Jei trachėja yra ypač siaura ar nepatogios pozicijos, rekomenduojame naudoti kitą produktą, taip pat nėra dydžių kūdikiams ir vaikams. Gali netikti ventiliuojamiems pacientams dėl padidinto pralaidumo nesant manžetės. Gamintojas rekomenduoja trumpą, tik 29 dienų naudojimo laiką.</p>
2.	SERVOX Rota Tube <i>voice</i>	<p>Jungtis yra labai lanksti, todėl gerai neutralizuoja tempimą ir neleidžia liestis kaniulės apatinei daliai prie audinių, kas galėtų sukelti nuospaudas. Šilumai jautri medžiaga adaptuojasi prie anatomijos, kas taip pat padeda išvengti nuospaudų. Pusiniai dydžiai leidžia pritaikyti vamzdelį nestandartinei anatomijai. Vamzdelis yra perforuotas, todėl pacientas gali kalbėti.</p>	<p>Jei yra žinoma apie alergiją PVC, SERVOX Rota Tube negalima naudoti. Jei trachėja yra ypač siaura ar nepatogios pozicijos, rekomenduojame naudoti kitą produktą, taip pat nėra dydžių kūdikiams ir vaikams. Gali netikti ventiliuojamiems pacientams dėl padidinto pralaidumo nesant manžetės. Gamintojas rekomenduoja trumpą, tik 29 dienų naudojimo laiką.</p>
3.	SERVOX Rota Tube <i>cuff</i>	<p>Jungtis yra labai lanksti, todėl gerai neutralizuoja tempimą ir neleidžia liestis kaniulės apatinei daliai prie audinių, kas galėtų sukelti nuospaudas. Šilumai jautri medžiaga adaptuojasi prie anatomijos, kas taip pat padeda išvengti nuospaudų. Pusiniai dydžiai leidžia pritaikyti vamzdelį nestandartinei anatomijai. Pusiniai dydžiai leidžia pritaikyti vamzdelį nestandartinei anatomijai. Standartinė 15 mm jungtis leidžia patogiai prijungti priedus, kaip kalbos vožtuvus ar dirbtinę nosį. Tinkamas Ventiliuojamiems pacientams dėl esančios manžetės. Turi rentgene kontrastuojančią juostelę, šiuose produktuose medžiagų iš metalo, todėl nėra jokių apribojimų magnetinio rezonanso (MRI) tyrimams.</p>	<p>Jei yra žinoma apie alergiją PVC, SERVOX Rota Tube negalima naudoti. Jei trachėja yra ypač siaura ar nepatogios pozicijos, rekomenduojame naudoti kitą produktą, taip pat nėra dydžių kūdikiams ir vaikams. Gamintojas rekomenduoja trumpą, tik 29 dienų naudojimo laiką.</p>
4.	SERVOX Rota Tube <i>cuff voice</i>	<p>Jungtis yra labai lanksti, todėl gerai neutralizuoja tempimą ir neleidžia liestis kaniulės apatinei daliai prie audinių, kas galėtų sukelti</p>	<p>Jei yra žinoma apie alergiją PVC, SERVOX Rota Tube negalima naudoti. Jei trachėja yra ypač siaura ar nepatogios pozicijos, rekomenduojame</p>

		<p>nuospaudas. Šilumai jautri medžiaga adaptuojasi prie anatomijos, kas taip pat padeda išvengti nuospaudų. Pusiniai dydžiai leidžia pritaikyti vamzdelį nestandartinei anatomijai. Pusiniai dydžiai leidžia pritaikyti vamzdelį nestandartinei anatomijai. Standartinė 15 mm jungtis leidžia patogiai prijungti priedus, kaip kalbos vožtuvas ar dirbtinė nosis. Tinkamas Ventiliuojamiems pacientams dėl esančios manžetės. Turi rentgene kontrastuojančią juostelę, šiuose produktuose medžiagų iš metalo, todėl nėra jokių apribojimų magnetinio rezonanso (MRI) tyrimams.</p>	<p>naudoti kitą produktą, taip pat nėra dydžių kūdikiams ir vaikams. Gamintojas rekomenduoja trumpą, tik 29 dienų naudojimo laiką.</p>
5.	SERVOX Rota Tube <i>duo</i>	<p>Jungtis yra labai lanksti, todėl gerai neutralizuoja tempimą ir neleidžia liestis kaniulės apatinei daliai prie audinių, kas galėtų sukelti nuospaudas. Komplekte esantys vidiniai vamzdeliai yra plaunami, todėl vamzdelio naudojimo laikas pailgėja iki 5 savaičių. Standartinė 15 mm jungtis leidžia patogiai prijungti priedus, kaip kalbos vožtuvas ar dirbtinė nosis.</p>	<p>Jei yra žinoma apie alergiją PU ir PP, SERVOX Rota Tube duo negalima naudoti. Jei trachėja yra ypač siaura ar nepatogios pozicijos, rekomenduojame naudoti kitą produktą, mažas dydžių pasirinkimas, taip pat nėra dydžių kūdikiams ir vaikams. Gali netikti ventiliuojamiems pacientams dėl padidinto pralaidumo nesant manžetės.</p>
6.	SERVOX Rota Tube <i>duo voice</i>	<p>Jungtis yra labai lanksti, todėl gerai neutralizuoja tempimą ir neleidžia liestis kaniulės apatinei daliai prie audinių, kas galėtų sukelti nuospaudas. Komplekte esantys vidiniai vamzdeliai yra plaunami, todėl vamzdelio naudojimo laikas pailgėja iki 5 savaičių. Vidinis vamzdelis yra perforuotas, todėl pacientas gali kalbėti.</p>	<p>Jei yra žinoma apie alergiją PU ir PP, SERVOX Rota Tube duo negalima naudoti. Jei trachėja yra ypač siaura ar nepatogios pozicijos, rekomenduojame naudoti kitą produktą, mažas dydžių pasirinkimas, taip pat nėra dydžių kūdikiams ir vaikams. Gali netikti ventiliuojamiems pacientams dėl padidinto pralaidumo nesant manžetės.</p>
7.	SERVOX Rota Tube <i>duo cuff</i>	<p>Jungtis yra labai lanksti, todėl gerai neutralizuoja tempimą ir neleidžia liestis kaniulės apatinei daliai prie audinių, kas galėtų sukelti nuospaudas. Komplekte esantys vidiniai vamzdeliai yra plaunami, todėl vamzdelio naudojimo laikas pailgėja iki 5 savaičių. Tinkamas Ventiliuojamiems pacientams dėl esančios manžetės. Turi rentgene kontrastuojančią juostelę, šiuose produktuose medžiagų iš metalo,</p>	<p>Jei yra žinoma apie alergiją PU ir PP, SERVOX Rota Tube duo negalima naudoti. Jei trachėja yra ypač siaura ar nepatogios pozicijos, rekomenduojame naudoti kitą produktą, mažas dydžių pasirinkimas, taip pat nėra dydžių kūdikiams ir vaikams.</p>

		todėl nėra jokių apribojimų magnetinio rezonanso (MRI) tyrimams.	
8.	SERVOX Rota Tube <i>duo cuff voice</i>	Jungtis yra labai lanksti, todėl gerai neutralizuoja tempimą ir neleidžia liestis kaniulės apatinei daliai prie audinių, kas galėtų sukelti nuospaudas. Komplekte esantys vidiniai vamzdeliai yra plaunami, todėl vamzdelio naudojimo laikas pailgėja iki 5 savaičių. Tinkamas Ventiliuojamiems pacientams dėl esančios manžetės. Turi rentgene kontrastuojančią juostelę, šiuose produktuose medžiagų iš metalo, todėl nėra jokių apribojimų magnetinio rezonanso (MRI) tyrimams.	Jei yra žinoma apie alergiją PU ir PP, SERVOX Rota Tube duo negalima naudoti. Jei trachėja yra ypač siaura ar nepatogios pozicijos, rekomenduojame naudoti kitą produktą, mažas dydžių pasirinkimas, taip pat nėra dydžių kūdikiams ir vaikams.
9.	SERVOX Elasto Tube <i>standard</i>	Medžiagos ir gamybos kokybė Daro SERVOX Elasto Tube patikimą ir skirtą ilgalaikiam naudojimui. Poliuretanai prisitaiko prie kūno temperatūros, anatomiškos trachėjos savybių ir garantuoja puikų komfortą. Dviguba kaniulė prailgina vamzdelio naudojimo laiką iki 6 mėnesių.	Jei yra žinoma apie alergiją Poliuretanui, SERVOX Elasto Tube negalima naudoti. Jei trachėja yra ypač siaura ar nepatogios pozicijos, rekomenduojame naudoti kitą produktą, mažas dydžių pasirinkimas, taip pat nėra dydžių kūdikiams ir vaikams.
10.	SERVOX Elasto Tube <i>voice</i>	Medžiagos ir gamybos kokybė Daro SERVOX Elasto Tube patikimą ir skirtą ilgalaikiam naudojimui. Poliuretanai prisitaiko prie kūno temperatūros, anatomiškos trachėjos savybių ir garantuoja puikų komfortą. Dviguba kaniulė prailgina vamzdelio naudojimo laiką iki 6 mėnesių.	Jei yra žinoma apie alergiją Poliuretanui, SERVOX Elasto Tube negalima naudoti. Jei trachėja yra ypač siaura ar nepatogios pozicijos, rekomenduojame naudoti kitą produktą, taip pat nėra dydžių kūdikiams ir vaikams.

11. Siūlomos medicinos pagalbos priemonės gamintojo ar jo atstovo deklaruota kaina ir kompensavimas kitose šalyse: **Duomenų neturime**

Šalis	Gamintojo ar jo atstovo deklaruota kaina	Kompensavimas +/-	Pagal kokias indikacijas kompensuojama	Kompensavimo procentas	Iš kokių lėšų kompensuojama
Gamintojo šalis					
Airija					
Austrija					
Belgija					
Bulgarija					
Čekija					
Danija					

Didžioji Britanija					
Estija					
Graikija					
Ispanija					
Italija					
Kipras					
Latvija					
Lenkija					
Liuksemburgas					
Malta					
Olandija					
Portugalija					
Prancūzija					
Rumunija					
Slovakija					
Slovėnija					
Suomija					
Švedija					
Vengrija					
Vokietija					
Kitos šalys					

12. Prognozuojamas ligonių, kurie bus gydomi ar naudos siūlomą medicinos pagalbos priemonę, skaičius ir (arba) procentas. ~ **500 - 1500**

Patvirtinu, kad pateikti visi dokumentai, nurodyti šioje paraiškoje. Dokumentai ir informacija teisingi. Sutinku, kad, pateikus klaidingą informaciją, paraiška nebus svarstoma, o kompensuojamoji medicinos pagalbos priemonė bus neįrašyta arba išbraukta iš Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo.

.....
pareigos

.....
parašas

.....
vardas, pavardė
